

# CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº P1250009-0126

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CAL 0442

## 1 - DADOS:

**Cliente:** DANPOWER CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS LTDA.  
**Endereço:** Rua Rosário Takaki, 110 - Distrito Industrial Uninorte - Piracicaba - SP  
**Equipamento:** Manômetro Analógico **Modelo:** Classe A1 ABNT  
**Marca:** Wika **Nº de Série:** Não Consta  
**Nº de Ativo:** MAN 0122 **Local da Calibração:** Instalações Permanentes  
**Faixa de Indicação:** 0 à 250 kgf/cm<sup>2</sup> **Menor Divisão:** 10 kgf/cm<sup>2</sup>

**2 - DATAS:** Recebimento: 14/01/2026 Calibração: 15/01/2026 Emissão: 15/01/2026

## 3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0020 Revisão: 12

O Instrumento foi calibrado com um padrão de trabalho do laboratório com incerteza de 0,03%, a calibração foi feita por meio de comparação direta, sendo que o valor de referência é setado no instrumento sobre teste e lido no padrão de trabalho do laboratório.

## 4 - PADRÕES UTILIZADOS:

| Nº Padrão | Descrição do Equipamento | Nº do Certificado            | Data de Validade |
|-----------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| MTR-0429  | Manômetro Digital        | RBC, ABSI CAL-250507/25      | 05/2026          |
| MTR-0356  | Termohigrômetro Digital  | RBC, Metrus Nº E0178002-1124 | 11/2026          |

## 5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

| Unidades                 |                              | Pressão indicada<br>Padrão |            | Pressão indicada<br>Padrão |            | k    | U       | veff |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------|---------|------|
| Sistema<br>Internacional | Pressão<br>indicada<br>Teste |                            |            |                            |            |      |         |      |
|                          |                              | Carrego                    | Descarrego | Carrego                    | Descarrego |      | kgf/cm² |      |
| MPa                      | kgf/cm²                      | kgf/cm²                    | kgf/cm²    | kgf/cm²                    | kgf/cm²    |      |         |      |
| 0,00                     | 0                            | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0        | 2,00 | 4,0     | ∞    |
| 4,90                     | 50                           | 50,4                       | 49,9       | 50,6                       | 50,0       | 2,00 | 4,1     | ∞    |
| 9,81                     | 100                          | 100,7                      | 100,4      | 100,8                      | 100,5      | 2,00 | 4,0     | ∞    |
| 14,71                    | 150                          | 151,0                      | 150,7      | 151,1                      | 150,8      | 2,00 | 4,0     | ∞    |
| 19,61                    | 200                          | 200,7                      | 200,3      | 200,8                      | 200,4      | 2,00 | 4,0     | ∞    |
| 24,52                    | 250                          | 250,7                      | 250,7      | 250,9                      | 250,9      | 2,00 | 4,0     | ∞    |

| Características Metrológicas      | % Em Relação ao Final de Escala | kgf/cm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Erro fiducial (Índice da Classe): | -0,44                           | -1,1                |
| Incerteza de Medição:             | 1,6                             | 4,1                 |
| Histerese:                        | 0,24                            | 0,6                 |
| Repetibilidade:                   | 0,08                            | 0,2                 |

## 6 - OBSERVAÇÕES:

- 1 MPa = 10,1972 kgf/cm<sup>2</sup>. (MPa = megapascal, unidade de pressão SI)
  - Temperatura de referência: 20 °C ± 2°C, Umidade Relativa do ar : 50 %UR ± 20%UR para calibração executada no laboratório da METRUS.
  - A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%.
- A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este Certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
  - É proibida a reprodução parcial deste documento.
  - Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

P1250009-0126 / SW

FOR-0004 - MAN5 Rev.04 DATA: 03/05/2024

## 7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Samuel Willys dos Reis Oliveira

  
Luis Henrique Gomes da Silva  
Signatário Autorizado