

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO Nº P1250012-1019

1 - DADOS:

Cliente: DANPOWER CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Endereço: Rua Rosário Takaki, 110 - Distrito Industrial Uninorte - Piracicaba - SP
Equipamento: Válvula de Segurança **Local da Calibração:** Instalações do Cliente
Marca: Não Consta **Modelo:** Não Consta
Nº de Ativo: VSG 0007 **Nº de Série:** Não Consta
Pressão Nominal: 33,6 kfg/cm²

2 - DATAS:

Recebimento: 05/10/2019

Calibração: 05/10/2019

Emissão: 05/10/2019

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0073 Revisão: 03

A calibração foi realizada aplicando uma pressão no instrumento sob teste e realizando as leituras no padrão. Para cada valor de medido, foram efetuadas três medições no padrão.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0418	Manômetro Digital	RBC, ABSI CAL-176686/19	09/2020
MTR-0446	Termohigrômetro Digital	RBC, ABSI CAL-173572/19	06/2021

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Pressão de Abertura	k	U
kfg/cm ²		kfg/cm ²
33,47	2,00	0,02

Pressão de Fechamento	k	U
kfg/cm ²		kfg/cm ²
32,77	2,00	0,02

6 - OBSERVAÇÕES:

- A variação da temperatura para calibração nas instalações do cliente não foram superiores a 4 °C da temperatura inicial para final."
- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k = 2,00, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este relatório se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

P1250012-1019 / GX

FOR-0004 - Válvula de Segurança

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Giovanni Ximenes da Silva


Claudinei Gomes da Silva
Signatário Autorizado