

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº E1161001-0221

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CAL 0442.

1 - DADOS:

Cliente: PLASTEK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: Rua Carlos Tassoni, Nº 4510 - Sala B - Distrito Industrial - Pirassununga - SP
Equipamento: Termômetro Digital com sensor Termopar
Marca: Julabo **Tipo do Sensor:** Tipo J
Nº de Ativo: CIR-001 **Modelo:** Não Consta
Faixa de Indicação: 10°C à 210 °C **Nº de Série:** Não Consta
Faixa Calibrada: 25°C à 125 °C **Local da Calibração:** Instalações do Cliente
Comprimento da Haste: 150 mm **Valor de uma divisão:** 0,1 °C
Diâmetro da Haste: 6 mm

2 - DATAS: **Recebimento:** 22/02/2021 **Calibração:** 22/02/2021 **Emissão:** 22/02/2021

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0161 Revisão: 09

A calibração foi conduzida em um meio térmico de homogeneidade conhecida, onde se realizaram a média de 4 leituras do sensor padrão e do termômetro em calibração.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0034	Calibrador Portátil Microprocessado	RBC, ECIL Nº 10002/20	12/2021
MTR-0548	Termorresistência PT-100	RBC, Metrus Nº E0178001-1120	11/2021
MTR-0444	Termohigrômetro Digital	RBC, ABSI CAL-173571/19	06/2021

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Profundidade de Imersão	V.R	V.M.T	Erro	k	U	Veff
mm	°C	°C	°C		°C	
124	25,10	25,1	0,00	2,00	1,1	∞
124	50,16	50,1	-0,06	2,00	1,2	∞
124	75,15	75,2	0,05	2,00	1,1	∞
124	100,18	100,2	0,02	2,00	1,2	∞
124	125,20	125,3	0,10	2,00	1,1	∞

6 - OBSERVAÇÕES:

- A variação da temperatura para calibração nas instalações do cliente não foram superiores a 5 °C da temperatura inicial para final."
- V.R. - Valor de Referência no Padrão. São as médias das medições efetuadas no padrão.
- V.M.T - Valor Médio das Indicações no Teste. São as médias das medições efetuadas no Teste.
- Erro: Valor Médio das Indicações no Teste - Valor de Referência.
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este Certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padroes nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

E1161001-0221 / DR

FOR-0004 - MSTP Rev.05 DATA: 19/03/2019

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Douglas Roque de Souza


Luis Henrique Gomes da Silva
Signatário Autorizado