

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº E1161006-1117

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

1 - DADOS:

Cliente: COSTAPACKING INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
Endereço: RUA CARLOS TASSONI, Nº 4510 - DISTRITO INDUSTRIAL - PIRASSUNUNGA - SP
Equipamento: CLP de Temperatura com sensor Termopar
Marca: Husky
Nº de Ativo: CCLP-041
Faixa de Indicação: 0 °C á 400 °C
Faixa Calibrada: 180 °C á 320 °C
Comprimento da Haste: 130 mm
Diâmetro da Haste: 6 mm

Tipo do Sensor: Tipo J
Modelo: Hylectric 600
Nº de Série: Não consta
Local da Calibração: Instalações do Cliente
Valor de uma divisão: 1 °C
Posição: 41

2 - DATAS: Recebimento: 04/11/17 Calibração: 04/11/17 Emissão: 06/11/17

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0161 Revisão: 06

A calibração foi conduzida em um meio térmico de homogeneidade conhecida, onde se realizaram a média de 4 leituras do sensor padrão e do termômetro em calibração.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0034	Calibrador Portátil Microprocessado	RBC, ECIL Nº 8148/16	12/2017
MTR-0409	Termorresistência PT-100	RBC, Visomes Nº LV00114-27116-17-R1	09/2018
MTR-0444	Termohigrômetro Digital	RBC, ABSI CAL-148130/17	06/2019

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Profundidade de Imersão	V.R	V.M.T	Erro	k	U	Veff	ZONAS
mm	°C	°C	°C		°C		
124	180,59	176	-4,59	2,00	1,0	∞	1
124	240,72	235	-5,72	2,00	1,0	∞	
124	320,73	315	-5,73	2,00	1,0	∞	
124	180,64	175	-5,64	2,00	1,0	∞	2
124	240,70	236	-4,70	2,00	1,0	∞	
124	320,73	315	-5,73	2,00	1,0	∞	
124	180,62	176	-4,62	2,00	1,0	∞	3
124	240,64	234	-6,64	2,00	1,0	∞	
124	320,76	315	-5,76	2,00	1,0	∞	
124	180,67	172	-8,67	2,00	1,0	∞	4
124	240,72	234	-6,72	2,00	1,0	∞	
124	320,76	313	-7,76	2,00	1,0	∞	
124	180,63	171	-9,63	2,00	1,0	∞	5
124	240,74	233	-7,74	2,00	1,0	∞	
124	320,71	312	-8,71	2,00	1,0	∞	
124	180,63	172	-8,63	2,00	1,0	∞	6
124	240,73	231	-9,73	2,00	1,0	∞	
124	320,76	312	-8,76	2,00	1,0	∞	
124	180,66	174	-6,66	2,00	1,0	∞	7
124	240,71	235	-5,71	2,00	1,0	∞	
124	320,75	314	-6,75	2,00	1,0	∞	
124	180,73	174	-6,73	2,00	1,0	∞	8
124	240,20	235	-5,20	2,00	1,0	∞	
124	320,09	314	-6,09	2,00	1,0	∞	

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº E1161006-1117

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

6 - OBSERVAÇÕES:

- A variação da temperatura para calibração nas instalações do cliente não foram superiores a 5 °C da temperatura inicial para final."
- V.R. - Valor de Referência no Padrão .São as medias das medições efetuadas no padrão.
- V.M.T - Valor Médio das Indicações no Teste. São as médias das medições efetuadas no Teste.
- Erro: Valor Médio das Indicações no Teste - Valor de Referência.
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição *t* com (*veff*) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este Certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padroes nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

E1161006-1117 / ACSA

FOR-0004 - MSTP Rev.04 DATA: 25/03/2015

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Lucchesi Giroti



Luis Henrique Gomes da Silva
Signatário Autorizado