

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº E1161011-0320

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CAL 0442.

1 - DADOS:

Cliente: PLASTEK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: Rua Carlos Tassoni, Nº 4510 - Sala B - Distrito Industrial - Pirassununga - SP
Equipamento: CLP de Temperatura com sensor Termopar
Marca: Haitian
Nº de Ativo: CCLP-034
Faixa de Indicação: 0 à 760 °C
Faixa Calibrada: 180 à 320 °C
Comprimento da Haste: 130 mm
Diâmetro da Haste: 6 mm

Tipo do Sensor: Tipo J
Modelo: Não Consta
Nº de Série: Não Consta
Local da Calibração: Instalações do Cliente
Valor de uma divisão: 1 °C

2 - DATAS: Recebimento: 17/03/2020 Calibração: 17/03/2020 Emissão: 17/03/2020

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0161 Revisão: 08

A calibração foi conduzida em um meio térmico de homogeneidade conhecida, onde se realizaram a média de 4 leituras do sensor padrão e do termômetro em calibração.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0034	Calibrador Portátil Microprocessado	RBC, ECIL Nº 10514/19	12/2020
MTR-0041	Termorresistência PT-100	RBC, Escala Nº LT-239699R	10/2020
MTR-0444	Termohigrômetro Digital	RBC, ABSI CAL-173571/19	06/2021

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Zonas	Profundidade de Imersão	V.R	V.M.T	Erro	k	U	Veff
	mm	°C	°C	°C		°C	
1	124	179,86	179	-0,86	2,00	1,3	∞
	124	239,77	239	-0,77	2,00	1,3	∞
	124	319,92	320	0,08	2,00	1,3	∞
2	124	179,91	178	-1,91	2,00	1,3	∞
	124	239,91	238	-1,91	2,00	1,3	∞
	124	320,03	318	-2,03	2,00	1,3	∞
3	124	179,93	179	-0,93	2,00	1,3	∞
	124	239,90	240	0,10	2,00	1,3	∞
	124	320,00	321	1,00	2,00	1,3	∞
4	124	179,94	178	-1,94	2,00	1,3	∞
	124	239,77	238	-1,77	2,00	1,3	∞
	124	319,89	317	-2,89	2,00	1,3	∞
5	124	179,88	180	0,12	2,00	1,3	∞
	124	239,87	240	0,13	2,00	1,3	∞
	124	320,01	320	-0,01	2,00	1,3	∞

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº E1161011-0320

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CAL 0442.

6 - OBSERVAÇÕES:

- A variação da temperatura para calibração nas instalações do cliente não foram superiores a 5 °C da temperatura inicial para final."
- V.R. - Valor de Referência no Padrão .São as medias das medições efetuadas no padrão.
- V.M.T - Valor Médio das Indicações no Teste. São as médias das medições efetuadas no Teste.
- Erro: Valor Médio das Indicações no Teste - Valor de Referência.
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com ($veff$) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este Certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padroes nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

E1161011-0320 / FRS

FOR-0004 - MSTP Rev.05 DATA: 19/03/2019

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Filipe Rodrigues da Silva



Luis Henrique Gomes da Silva
Signatário Autorizado