



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO H1161002-0818

1 - DADOS:

Cliente: PLASTEK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: RUA CARLOS TASSONI Nº: 4510 - SALA B - DISTRITO INDUSTRIAL - PIRASSUNUNGA - SP
Equipamento: Temporizador Analógico **Modelo:** AT11DN
Marca: Metaltex **Nº de Série:** Não Consta
Nº de Ativo: TEM-001 **Local da Calibração:** Instalações do Cliente
Faixa de Indicação: 0 á 600 s **Resolução:** 0,2 s
Faixa Calibrada: 60 á 240s

2 - DATAS:

Recebimento: 16/08/18

Calibração: 16/08/18

Emissão: 17/08/18

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0021 Revisão: 07

O cronômetro padrão e o teste são disparado/parado simultaneamente por acionamento de um contra o outro. São feitas três leituras no padrão e no teste para cada ponto de calibração utilizado.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0154	Cronômetro Digital	RBC, Metrus Nº H0178001-0118	01/2019
MTR-0444	Termohigrômetro Digital	RBC, ABSI CAL-148130/17	06/2019

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

V.R	V.M.T	Erro	k	U	Veff
S	S	S		S	
54,21	60,00	5,79	2,00	0,14	∞
114,19	120,00	5,81	2,00	0,14	∞
174,11	180,00	5,89	2,00	0,14	∞
234,23	240,00	5,77	2,00	0,14	∞

6 - OBSERVAÇÕES:

- Temperatura de referência: 23 °C ± 5°C, Umidade Relativa do ar : 50 %UR ± 20%UR para calibração executada no laboratório da METRUS.
- V.R. - Valor de Referência no Padrão .São as medias das medições efetuadas no padrão.
- V.M.T - Valor Médio das Indicações no Teste. São as médias das medições efetuadas no Teste.
- Erro: Valor Médio das Indicações no Teste - Valor de Referência.
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%.
A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este Certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

H1161002-0818 ACSA

FOR-0004 - CRN Rev.02 DATA:21/02/2017

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Gustavo Lopes Soares


Luis Henrique Gomes da Silva
Signatário Autorizado