

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0501002-1021

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
Endereço: Rodovia Abrão Assed. KM 53+450 M - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - SP
Equipamento: Micrômetro Interno Três Pontas (Imicro) **Local da Calibração:** Metrologia Dimensional 1
Nº de Ativo: 5100367 **Marca:** Pantec
Nº de Série: 060100911 **Modelo:** Não Consta
Faixa de Indicação: 25 a 30 mm **Valor de uma divisão:** 0,005 mm

2 - DATAS:

Recebimento: 08/09/2021 Calibração: 04/11/2021
Emissão: 04/11/2021

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0047

Revisão: 08

O Micrômetro Interno de 3 Contatos (Imicro), foi zerado no início de sua capacidade. Os erros de medição do micrômetro interno foram verificados através da medição de anéis padrões nas diâmetros estabelecidas, sendo efetuada a leitura diretamente no Micrômetro. Foi realizada um série de três medições para cada diâmetro.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,5 °C

Umidade: 48 %

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR - 0309	Termohigrometro Digital	182104/20, ABSI, CAL 0056	02/2022
MTR - 0231	Anel Padrão Liso Cilindrico	D0178028-0421, Metrus, 0056 0442	04/2023
MTR - 0147	Anel Padrão Liso Cilindrico	D0178019-1020, Metrus, 0442 0442	10/2022
MTR - 0232	Anel Padrão Liso Cilindrico	D0178023-0921, Metrus, 0442 0442	09/2023

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Resultados Expresso em mm

V.V	Media das Medições	Erro	Veff	K	U
25,000	25,000	0,000	Infinito	2,00	0,002
27,433	27,431	-0,002	Infinito	2,00	0,003
30,006	30,004	-0,002	Infinito	2,00	0,002


7 - OBSERVAÇÕES:

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Média das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Média das Medições - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

MP

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Henrique Pelizari


Luís Fernando Vendramini
Signatário Autorizado

FOR-0004-MITP - REV.10 - DATA 06/05/2021