

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0501003-0319

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
 Endereço: RODOVIA ABRÃO ASSED. KM 53+450 M - RECREIO ANHANGUERA - RIBEIRÃO PRETO -
 Equipamento: Relógio Apalpador Local da Calibração: Instalações do Cliente
 Nº de Ativo: 5100500 Marca: Mitutoyo
 Nº de Série: 522268 Modelo: 513-117
 Faixa de Indicação: 0 a 0,8 mm Valor de uma divisão: 0,01 mm

2 - DATAS:

Recebimento: 22/03/2019
 Emissão: 22/03/2019

Calibração: 22/03/2019

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0033 Revisão: 04

O Relógio Apalpador foi fixado no dispositivo Calibrador de Relógio. O valor de referência é posicionado no Relógio Apalpador e o mesmo acionado nos dois sentidos, Avanço e Retorno, para as duas posições e as leituras realizadas no padrão. Foram realizados três ciclos de medição para análise dos desvio e cinco ciclos para a análise da repetibilidade, no meio do Relógio Apalpador.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,3 °C


Umidade: 52 %

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0360	Termohigrômetro Digital	169029/19, ABSI, CAL nº 0056	02/2020
MTR-0450	Calibrador de Relógio Comparador	05495/17, Mitutoyo, CAL nº 0031	08/2019

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Posição 1		
Valor Indicado no Instrumento mm	Erro do Avanço mm	Erro do Retorno mm
0,000	0,000	0,000
0,100	-0,001	-0,002
0,200	-0,002	-0,001
0,300	-0,003	-0,001
0,400	-0,003	-0,002
0,500	-0,004	-0,001
0,600	-0,004	-0,002
0,700	-0,002	-0,001
0,800	-0,003	-0,002



Parâmetros	Valores mm	K	V _{eff}	U mm
f _{ges}	0,004	2,00	Infinito	0,002
f _e	0,004			
f _u	0,003			
f _w	0,001			

- **f_{ges}**: É a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- **f_e**: É a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- **f_u**: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- **f_w**: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

Repetibilidade Avanço			
Ponto Verificado	Média mm	K	U mm
MEIO	0,001	2,00	0,002


Repetibilidade Retorno			
Ponto Verificado	Média mm	K	U mm
MEIO	0,001	2,00	0,002

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0501003-0319

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Posição 2		
Valor Indicado no Instrumento mm	Erro do Avanço mm	Erro do Retorno mm
0,000	0,000	0,000
0,100	0,003	0,002
0,200	0,003	0,004
0,300	0,003	0,004
0,400	0,002	0,002
0,500	0,003	0,001
0,600	0,004	0,003
0,700	0,002	0,003
0,800	0,002	0,005



Parâmetros	Valores mm	K	Veff	U mm
fges	0,005	2,00	Infinito	0,002
fe	0,004			
fu	0,003			
fw	0,001			

- **fges:** É a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- **fe:** É a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- **fu:** Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- **fw:** Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

Repetibilidade Avanço			
Ponto Verificado	Média mm	K	U mm
MEIO	0,001	2,00	0,002

Repetibilidade Retorno			
Ponto Verificado	Média mm	K	U mm
MEIO	0,001	2,00	0,002

7 - OBSERVAÇÕES:

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

D0501003-0319/JGQ

FOR-0004-RAC - REV.09 - DATA: 19/03/2019

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luís Fernando Vendramini

Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado