

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

1 - DADOS:

Ciente: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
Endereço: Rodovia Abrão Assed. KM 53+450 M - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - SP
Equipamento: Calibrador Tampão Liso Cônico
Marca: Não Consta
Nº de Ativo: 5001947
Local da Calibração: Instalações Permanentes
Modelo: Passa / Não Passa
Nº de Série: Não Consta

2 - DATAS:

Recebimento: 13/05/2025

Calibração: 22/05/2025

Emissão: 22/05/2025

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº**MPC - 0120 e 0121****Revisão: 08 e 05****MEDIÇÃO DO ÂNGULO:**

O peça foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear (SIP), e o mesmo alinhado na face de referência do Ângulo, após foi realizado as medições no sentido X e Y e então através de Cálculos Trigonométricos definiu-se o Ângulo.

MEDIÇÃO LINEAR:

Para a Medição da Peça foram utilizados os padrões abaixo citados, sendo que a mesma foi apoiada conforme a necessidade de cada medição, e dimensionada conforme desenho. Foi realizada um série de três medições para cada ponto medido.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termohigrômetro Digital	RBC, Metrus Nº E0178001-0224	02/2026
MTR-0105	Máquina de Medição Linear (SIP)	RBC, Calibratec Nº 32510-24-DI/SP	11/2026
MTR-0061	Escala Angular	RBC, Certi Nº 0773/24	03/2027

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

LADO PASSA						
Medição Angular (° ')						
Posição	VV (°)	Média das Medições (° ')	K	Veff	U (')	
0°	15	15° 7'	2,00	Infinito	2	
90°		15° 6'	2,00	Infinito	2	
Medição Linear (mm)						
Posição	VV	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
0°	4,00	4,005	0,005	2,00	Infinito	0,001
90°		4,005	0,005	2,00	Infinito	0,001
LADO NÃO PASSA						
Medição Angular (° ')						
Posição	VV (°)	Média das Medições (° ')	K	Veff	U (')	
0°	15	15° 1'	2,00	Infinito	2	
90°		15° 2'	2,00	Infinito	2	
Medição Linear (mm)						
Posição	VV	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
0°	4,04	4,035	-0,005	2,00	Infinito	0,001
90°		4,036	-0,004	2,00	Infinito	0,001

7 - OBSERVAÇÕES:

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Valor Médio das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Medições - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

MP

FOR-0004-MPD - REV 07 - DATA 28/05/2025

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luís Fernando Vendramini

Luís Fernando Vendramini
Signatário Autorizado