

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0501012-0422

1 - DADOS:

Cliente: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
Endereço: Rodovia Abrão Assed. KM 53+450 M - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - SP
Equipamento: Calibrador Anel Roscado Cilíndrico
Nº de Ativo: 5001775
Nº de Série: Não consta
Modelo: Passa

Local da Calibração: Metrologia Dimensional 2
Marca: Ecogage
Especificação da Rosca: M 1,4 x 0,3 - 6g

2 - DATAS:

Recebimento: 19/04/2022
Emissão: 06/05/2022

Calibração: 06/05/2022

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0120

Revisão: 05

O Calibrador Anel Roscado Cilíndrico foi verificado através da utilização de um contra calibrador.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,4 °C

Umidade: 48 %

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0445	Termohigrometro Digital	199358/21, ABSI, CAL 0056	06/2023
MTR-0650	Contra Calibrador	D0178001-1221, Metrus, CAL 0178	12/2026

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

LADO PASSA DO CONTRA CALIBRADOR - OK

LADO NÃO PASSA DO CONTRA CALIBRADOR - OK

7 - OBSERVAÇÕES:

- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

LFV

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luís Fernando Vendramini

Luís Fernando Vendramini
Signatário Autorizado

FOR-0004-CARCI - REV.11 - DATA 08/07/2021