

# CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0501014-0120

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

## 1 - DADOS:

Cliente: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA  
Endereço: Rodovia Abrão Assed. KM 53+450 M - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - SP  
Equipamento: Paquímetro Universal Quadrimensional Digital Local da Calibração: Instalações do Cliente  
Marca: Mahr Modelo: 4103002  
Nº de Ativo: 5100266 Nº de Série: 11079186  
Faixa de Indicação: 0 a 150 mm Valor de uma divisão: 0,01 mm

## 2 - DATAS:

Recebimento: 27/01/2020 Calibração: 27/01/2020  
Emissão: 27/01/2020

## 3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0032 Revisão: 09

Os erros de medição do paquímetro foram verificados através da medição de Blocos Padrões, nas dimensões estabelecidas, sendo efetuada a leitura diretamente no paquímetro. O erro de paralelismo da face de medição Interna é a diferença entre a maior e a menor leitura obtida na sua extensão medida com um Anel Padrão e o erro de paralelismo da face de medição Externa é a diferença entre a maior e a menor leitura obtida em toda sua extensão medida com Blocos Padrão. Foram executados três ciclos de medição.

## 4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,6 °C Umidade: 51 %

## 5 - PADRÕES UTILIZADOS:

| Nº Padrão | Descrição do Equipamento    | Nº do Certificado                  | Data de Validade |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|
| MTR-0360  | Termohigrômetro Digital     | 169029/19, ABSI, CAL nº, 0056      | 02/2021          |
| MTR-0255  | Jogo de Blocos Padrão       | 06132/18, Mitutoyo, CAL nº 0031    | 10/2020          |
| MTR-0423  | Jogo de Blocos Padrão       | 05674/19, Mitutoyo, CAL nº 0031    | 10/2021          |
| MTR-0108  | Desempeno de Granito        | 04781/17, Mitutoyo, CAL nº 0031    | 07/2020          |
| MTR-0317  | Anel Padrão Liso Cilíndrico | D0178018-1018, Metrus, CAL nº 0442 | 10/2020          |

## 6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

| MEDIÇÃO DA FACE EXTERNA |                                  |            |      |          |         |
|-------------------------|----------------------------------|------------|------|----------|---------|
| V.V<br>mm               | Valor médio das indicações<br>mm | Erro<br>mm | K    | Veff     | U<br>mm |
| 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 2,00 | Infinito | 0,02    |
| 30,00                   | 29,98                            | -0,02      | 2,00 | Infinito | 0,02    |
| 60,00                   | 59,99                            | -0,01      | 2,00 | Infinito | 0,02    |
| 91,50                   | 91,49                            | -0,01      | 2,01 | 246      | 0,02    |
| 120,00                  | 119,99                           | -0,01      | 2,00 | Infinito | 0,02    |
| 150,00                  | 150,00                           | 0,00       | 2,01 | 246      | 0,02    |

| MEDIÇÃO DO PARALELISMO EXTERNO |      |      |         |
|--------------------------------|------|------|---------|
| Máximo<br>Encontrado<br>mm     | K    | Veff | U<br>mm |
| 0,02                           | 2,87 | 4    | 0,01    |

# CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0501014-0120

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

## CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

| MEDIÇÃO DA FACE INTERNA |                                  |            |      |      |         |
|-------------------------|----------------------------------|------------|------|------|---------|
| V.V<br>mm               | Valor médio das indicações<br>mm | Erro<br>mm | K    | Veff | U<br>mm |
| 48,00                   | 48,01                            | 0,01       | 2,02 | 110  | 0,02    |

| MEDIÇÃO DO PARALELISMO INTERNO |      |      |         |
|--------------------------------|------|------|---------|
| Máximo<br>Encontrado<br>mm     | K    | Veff | U<br>mm |
| 0,01                           | 2,28 | 10   | 0,01    |

| MEDIÇÃO DA FACE DO RESSALTO |                                  |            |      |      |         |
|-----------------------------|----------------------------------|------------|------|------|---------|
| V.V<br>mm                   | Valor médio das indicações<br>mm | Erro<br>mm | K    | Veff | U<br>mm |
| 100,00                      | 99,99                            | -0,01      | 2,28 | 10   | 0,01    |

| MEDIÇÃO DA HASTE DE PROFUNDIDADE |                                  |            |      |      |         |
|----------------------------------|----------------------------------|------------|------|------|---------|
| V.V<br>mm                        | Valor médio das indicações<br>mm | Erro<br>mm | K    | Veff | U<br>mm |
| 100,00                           | 100,01                           | 0,01       | 2,28 | 10   | 0,01    |

## 7 - OBSERVAÇÕES:

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

MP

FOR-0004-PAQ - REV 09 - DATA: 08/11/2019

## 8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Henrique Pelizari

  
Celso Moreira de Paula  
Signatário Autorizado