

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0501015-1217

1 - DADOS:

Cliente: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
 Endereço: Rodovia Abrão Assed. KM 53+450 M - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - SP
 Equipamento: Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico
 Nº de Ativo: 5002020
 Nº de Série: 55.569
 Modelo: P / NP

Local da Calibração: Metrologia Dimensional (1)
 Marca: Neomatic
 Especificação da Rosca: M 2 x 0,40 - 6H

2 - DATAS:

Recebimento: 05/12/2017

Calibração: 05/12/2017

Emissão: 12/12/2017

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0089 Revisão: 06

O Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear e o seu diâmetro foi medido em duas alturas e em dois planos perpendiculares ao eixo 0° e 90° pelo método de três arames calibrados, o seu passo e semi-ângulo foram medidos na Sip através da visualização da Escala Angular. Foram realizados três ciclos de medição.

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0036	Máquina de Medição Linear	03388/17, Mitutoyo, CAL nº 0031	05/2020
MTR-0107	Jogo de Arame Calibrado	28363-105, Aferitec, CAL nº 0157	05/2018
MTR-0105	Máquina de Medição Linear (SIP)	33714-15-DI/SP, Calibratec, CAL nº 0114	11/2018
MTR-0061	Escala Angular Calibrada	1227/15, Certi, CAL nº 0034	04/2018
MTR-0309	Termohigrômetro Digital	133376/16, ABSI, CAL nº 0056	03/2018

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:



Lado Passa					
Diâmetro do Flanco (0°)					Especificação
	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm
Altura A	1,748	0,002	2,00	Infinito	0,002
Altura B	1,748	0,002	2,00	Infinito	0,002

Diâmetro do Flanco (90°)				
	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff
Altura A	1,748	0,002	2,00	Infinito
Altura B	1,748	0,002	2,00	Infinito

Passo (Altura Central)				
	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff
0°	0,402	0,002	2,08	32
90°	0,402	0,002	2,08	32


Semi Ângulo (Altura Central)				
	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff
0°				
LD	30° 2'	2	2,00	Infinito
LE	30° 1'	1	2,00	Infinito

Semi Ângulo (Altura Central)				
	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff
90°				
LD	30° 2'	2	2,00	Infinito
LE	30° 1'	1	2,00	Infinito



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0501015-1217

Lado Não Passa					
Diâmetro do Flanco (0°)					Especificação
Média das Medições	Erro	K	Veff	U	Diâmetro Nominal
mm	mm			mm	1,8345 mm
Altura A	1,837	0,002	2,00	Infinito	0,002
Diâmetro do Flanco (90°)					Diâmetro Mínimo
Média das Medições	Erro	K	Veff	U	1,83 mm
mm	mm			mm	Diâmetro Máximo
Altura A	1,837	0,002	2,00	Infinito	0,002
Passo (Altura Central)					Desgaste
Média das Medições	Erro	K	Veff	U	-- mm
				mm	Passo
0°	0,401	0,001	2,08	32	0,400 mm
90°	0,401	0,001	2,08	32	0,002
Semi Ângulo (Altura Central)					Semi Ângulo
0°	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
LD	30° 1'	1	2,00	Infinito	2
LE	30° 2'	2	2,00	Infinito	2
Semi Ângulo (Altura Central)					
90°	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
LD	30° 1'	1	2,00	Infinito	2
LE	30° 2'	2	2,00	Infinito	2



6 - OBSERVAÇÕES:

- Temperatura de referência: 20 °C ± 1,0°C (entre 19,0°C e 21,0°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nos Laboratórios da METRUS.
- V.C - Valor Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na apresentação do valor encontrado expressa é a média de três medições
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor convencional (V.C)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos correspondente a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

D0501015-1217/ACSA

FOR-0004-CTRC - REV.06 - DATA 07/08/2017

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luis Fernando Vendramini

Página 2 de 2

Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado