

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0501017-1217

1 - DADOS:

Cliente: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
 Endereço: Rodovia Abrão Assed. KM 53+450 M - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - SP
 Equipamento: Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico
 Nº de Ativo: 5002024
 Nº de Série: 0521101284
 Modelo: P / NP

Local da Calibração: Metrologia Dimensional (1)
 Marca: Insize
 Especificação da Rosca: M 2 x 0,40 - 6H

2 - DATAS:

Recebimento: 05/12/2017

Calibração: 05/12/2017

Emissão: 12/12/2017

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0089 Revisão: 06

O Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear e o seu diâmetro foi medido em duas alturas e em dois planos perpendiculares ao eixo 0° e 90° pelo método de três arames calibrados, o seu passo e semi-ângulo foram medidos na Sip através da visualização da Escala Angular. Foram realizados três ciclos de medição.

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0036	Máquina de Medição Linear	03388/17, Mitutoyo, CAL nº 0031	05/2020
MTR-0107	Jogo de Arame Calibrado	28363-105, Aferitec, CAL nº 0157	05/2018
MTR-0105	Máquina de Medição Linear (SIP)	33714-15-DI/SP, Calibratec, CAL nº 0114	11/2018
MTR-0061	Escala Angular Calibrada	1227/15, Certi, CAL nº 0034	04/2018
MTR-0309	Termohigrômetro Digital	133376/16, ABSI, CAL nº 0056	03/2018

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

	Lado Passa				
	Diâmetro do Flanco (0°)				
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
	mm	mm			mm
Altura A	1,750	0,004	2,00	Infinito	0,002
Altura B	1,750	0,004	2,00	Infinito	0,002



	Diâmetro do Flanco (90°)				
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
	mm	mm			mm
Altura A	1,749	0,003	2,00	Infinito	0,002
Altura B	1,749	0,003	2,00	Infinito	0,002

	Passo (Altura Central)				
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
	mm	mm			mm
0°	0,401	0,001	2,08	32	0,002
90°	0,401	0,001	2,08	32	0,002

	Semi Ângulo (Altura Central)				
0°	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
	(° ')	(')			(')
LD	30° 2'	2	2,00	Infinito	2
LE	30° 2'	2	2,00	Infinito	2

	Semi Ângulo (Altura Central)				
90°	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
	(° ')	(')			(')
LD	30° 2'	2	2,00	Infinito	2
LE	30° 2'	2	2,00	Infinito	2

Especificação	
Diâmetro Nominal	1,746 mm
Diâmetro Mínimo	1,7415 mm
Diâmetro Maximo	1,7505 mm
Desgaste	1,7335 mm
Passo	0,400 mm
Semi Ângulo	30° 0'



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0501017-1217

Lado Não Passa


Diâmetro do Flanco (0°)						Especificação		
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U	Diâmetro Nominal		
	mm	mm			mm	1,8345	mm	
Altura A	1,836	0,002	2,00	Infinito	0,002	Diâmetro Mínimo	1,83	mm
						Diâmetro Máximo	1,839	mm
						Desgaste	--	mm
						Passo	0,400	mm
						Semi Ângulo	30° 0'	

Diâmetro do Flanco (90°)					
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
	mm	mm			mm
Altura A	1,836	0,002	2,00	Infinito	0,002

Passo (Altura Central)					
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
					mm
0°	0,401	0,001	2,08	32	0,002
90°	0,401	0,001	2,08	32	0,002

Semi Ângulo (Altura Central)					
0°	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
	(° ')	(')			(')
LD	30° 1'	1	2,00	Infinito	2
LE	30° 2'	2	2,00	Infinito	2

Semi Ângulo (Altura Central)					
90°	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
	(° ')	(')			(')
LD	30° 1'	1	2,00	Infinito	2
LE	30° 2'	2	2,00	Infinito	2



6 - OBSERVAÇÕES:

- Temperatura de referência: 20 °C ± 1,0°C (entre 19,0°C e 21,0°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nos Laboratórios da METRUS.
- V.C - Valor Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na apresentação do valor encontrado expressa é a média de três medições
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor convencional (V.C)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos correspondente a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

D0501017-1217/ACSA

FOR-0004-CTRC - REV.06 - DATA 07/08/2017

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luis Fernando Vendramini

Página 2 de 2


Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado