

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0501023-1119

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
Endereço: Rodovia Abrão Assed. KM 53+450 M - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - SP
Equipamento: Relógio Comparador Balanceado **Local da Calibração:** Instalações do Cliente
Nº de Ativo: 5000434 **Marca:** Pav Vaduz
Nº de Série: Não Consta **Modelo:** Não Consta
Faixa de Indicação: -0,05 a 0,05 mm **Valor de uma divisão:** 0,001 mm

2 - DATAS:

Recebimento: 07/11/2019 Calibração: 07/11/2019
 Emissão: 07/11/2019

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0041 Revisão: 03

O Relógio Comparador Balanceado foi fixado no dispositivo Calibrador de Relógio. O valor de referência é posicionado no Relógio Comparador Balanceado e o mesmo acionado nos dois sentidos, Avanço e Retorno, para as duas posições e as leituras realizadas no padrão. Foram realizados três ciclos de medição para análise dos desvio e cinco ciclos para a análise da repetibilidade, no meio do Relógio Comparador Balanceado.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,4 °C Umidade: 45 %

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0360	Termohigrômetro Digital	169029/19, ABSI, CAL nº 0056	02/2021
MTR-0450	Calibrador de Relógio Comparador	05301/19, Mitutoyo, CAL nº 0031	09/2021

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Lado Negativo		
Valor Indicado no Instrumento mm	Erro do Avanço mm	Erro do Retorno mm
0,000	0,0000	0,0004
0,005	-0,0001	0,0002
0,010	-0,0002	0,0000
0,015	-0,0004	0,0002
0,020	-0,0004	0,0002
0,025	-0,0005	-0,0001
0,030	-0,0009	-0,0002
0,035	-0,0011	-0,0006
0,040	-0,0012	-0,0008
0,045	-0,0010	-0,0007
0,050	-0,0014	-0,0010

Parâmetros	Valores mm	K	Veff	U mm
fges	0,0018	2,00	Infinito	0,0015
fe	0,0014			
fu	0,0007			
fw	0,0003			

- fges: É a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- fe: É a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- fu: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- fw: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

Repetibilidade Avanço			
Ponto Verificado	Média mm	K	U mm
MEIO	0,0002	2,00	0,0016

Repetibilidade Retorno			
Ponto Verificado	Média mm	K	U mm
MEIO	0,0003	2,00	0,0016

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0501023-1119

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Lado Positivo				
Valor Indicado no Instrumento mm	Erro do Avanço mm	Erro do Retorno mm		
0,000	0,0000	0,0005		
0,005	0,0001	0,0005		
0,010	-0,0002	0,0002		
0,015	-0,0006	-0,0001		
0,020	-0,0008	-0,0001		
0,025	-0,0009	-0,0003		
0,030	-0,0013	-0,0010		
0,035	-0,0015	-0,0008		
0,040	-0,0015	-0,0008		
0,045	-0,0017	-0,0011		
0,050	-0,0013	-0,0008		

Parâmetros	Valores mm	K	Veff	U mm
fges	0,0022	2,00	Infinito	0,0015
fe	0,0018			
fu	0,0007			
fw	0,0002			

- fges: É a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- fe: É a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- fu: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- fw: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

Repetibilidade Avanço			
Ponto Verificado	Média mm	K	U mm
MEIO	0,0002	2,00	0,0015

Repetibilidade Retorno			
Ponto Verificado	Média mm	K	U mm
MEIO	0,0002	2,00	0,0015

7 - OBSERVAÇÕES:

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

GLS

FOR-0004-RCBM - REV.08 - DATA: 19/03/2019

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Gustavo Lopes Soares


Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado