

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

1 - DADOS:

Cliente: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
Endereço: Rodovia Abrão Assed. KM 53+450 M - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - SP
Equipamento: Calibrador Interno de Canal
Marca: Não consta
Nº de Ativo: 5003885
Local da Calibração: Instalações Permanentes
Modelo: Passa / Não Passa
Nº de Série: Não consta

2 - DATAS:

Recebimento: 22/12/2023

Calibração: 27/12/2023

Emissão: 27/12/2023

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC - 0120 e 0121

Revisão: 06 e 03

MEDIÇÃO LINEAR:

Para a Medição da Peça foram utilizados os padrões abaixo citados, sendo que a mesma foi apoiada conforme a necessidade de cada medição, e dimensionada conforme desenho. Foi realizada um série de três medições para cada ponto medido.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termohigrômetro Digital	E0178001-0222, Metrus, CAL 0442	02/2024
MTR-0105	Máquina de Medição Linear (SIP)	28779-22-DI/SP.1, Calibratec, CAL 0114	11/2024

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Medição Linear Lado Passa (mm)							
Posição	VV	Média das Medições	Erro	K	Veff	U	Tolerância
Ø Externo	2,80	2,764	-0,036	2,00	Infinito	0,001	- 0,05
Ø Interno do Canal	2,00	1,932	-0,068	2,00	Infinito	0,001	- 0,1
Largura do Canal	0,50	0,504	0,004	2,00	Infinito	0,001	+ 0,01

Medição Linear Lado Não Passa (mm)							
Posição	VV	Média das Medições	Erro	K	Veff	U	Tolerância
Ø Externo	2,80	2,757	-0,043	2,00	Infinito	0,001	- 0,05
Ø Interno do Canal	2,00	1,946	-0,054	2,00	Infinito	0,001	- 0,1
Largura do Canal	0,40	0,399	-0,001	2,00	Infinito	0,001	- 0,01

7 - OBSERVAÇÕES:

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Valor Médio das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Medições - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

AM

FOR-0004-MPD - REV 05 - DATA 28/03/2023

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luís Fernando Vendramini

Luís Fernando Vendramini
Signatário Autorizado