

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

D0501216-1124

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

1 - DADOS:

Ciente: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
Endereço: Rodovia Abrão Assed. KM 53+450 M - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - SP
Equipamento: Micrômetro de Profundidade
Marca: Mitutoyo
Nº de Ativo: 5000561
Capacidade: 25 a 50 mm

Local da Calibração: Metrologia Dimensional
Modelo: Não Consta
Nº de Série: 001977
Resolução: 0,01 mm

2 - DATAS:

Recebimento: 26/11/2024
Emissão: 26/11/2024

Calibração: 26/11/2024

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0046

Revisão: 06

O Micrômetro foi zerado no início da capacidade do instrumento e os erros de medição do micrômetro foram verificados através da medição direta em Blocos Padrões nas dimensões estabelecidas, apoiados sobre o desempenho, sendo efetuado a leitura diretamente no Micrômetro, a planeza da base foi verificada através de medição com Relógio Apalpador. Foram realizados três ciclos de medição.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termo-higrômetro Digital	E0178001-0224, Metrus, CAL 0442	02/2026
MTR-0094	Desempeno	91004-202, Aferitec, CAL 0157	12/2024
MTR-0045	Relógio Apalpador	D0178002-0724, Metrus, CAL 0442	07/2026
MTR-0521	Jogo de Blocos Padrão	59715-204, Aferitec, CAL 0157	07/2026
MTR-0256	Jogo de Blocos Padrão	87454-203, Aferitec, CAL 0157	11/2025
MTR-0288	Jogo de Blocos Padrão	61601-203, Aferitec, CAL 0157	08/2025
MTR-0453	Jogo de Blocos Padrão	63642-204, Aferitec, CAL 0157	08/2026
MTR-0501	Jogo de Blocos Padrão	61107-203, Aferitec, CAL 0157	08/2025

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Resultados Expresso em mm

MEDIÇÃO DO FUSO					
V.V.	Media das Medições	Erro	K	Veff	U
25,00	25,000	0,000	2,00	Infinito	0,006
27,50	27,500	0,000	2,00	Infinito	0,006
30,10	30,100	0,000	2,00	Infinito	0,006
32,70	32,700	0,000	2,00	Infinito	0,006
35,30	35,300	0,000	2,00	Infinito	0,006
37,90	37,900	0,000	2,00	Infinito	0,006
40,00	40,000	0,000	2,00	Infinito	0,006
42,60	42,601	0,001	2,00	Infinito	0,006
45,20	45,201	0,001	2,00	Infinito	0,006
47,80	47,802	0,002	2,00	Infinito	0,006
50,00	50,002	0,002	2,00	Infinito	0,006

MEDIÇÃO DA PLANEZA				
	Media das Medições	K	Veff	U
Base de Apoio	0,001	2,01	Infinito	0,006

7 - OBSERVAÇÕES:

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Média das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Média das Medições - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

DR

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: David Hansen



Luís Fernando Vendramini
Signatário Autorizado

FOR-0004-MIP - REV.12 - DATA: 14/05/2024