

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
Endereço: Rodovia Abrão Assed. KM 53+450 M - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - SP
Equipamento: Calibrador Tampão Liso Cilíndrico
Nº de Ativo: 5002378
Nº de Série: Não Consta
Modelo: Não Consta

Local da Calibração: Metrologia Dimensional 1
Marca: Não Consta
Diâmetro Nominal Lado Passa: 1,85 mm
Diâmetro Nominal Lado Não Passa: 1,9 mm

2 - DATAS:

Recebimento: 17/04/2024

Calibração: 17/04/2024

Emissão: 17/04/2024

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0108

Revisão: 09

O Calibrador Tampão Liso Cilíndrico foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear e o seu diâmetro foi medido em alturas e em dois planos perpendiculares ao eixo 0° e 90°. Foram realizados três ciclos de medição.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termohigrômetro Digital	E0178001-0224, Metrus, CAL 0442	02/2026
MTR-0036	Máquina de Medição Linear	D5841-23, Feinmess, CAL 0133	05/2025

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

RESULTADOS EXPRESSO EM mm

Diâmetro Nominal Lado Passa: 1,85 mm					
Posição (0°)					
Posição	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
Altura 1	1,8506	0,0006	2,00	Infinito	0,0008
Altura 2	1,8502	0,0002	2,00	Infinito	0,0008
Altura 3	1,8518	0,0018	2,00	Infinito	0,0008
Posição (90°)					
Média das Medições	Erro	K	Veff	U	
1,8522	0,0022	2,00	Infinito	0,0008	
1,8518	0,0018	2,00	Infinito	0,0008	
1,8516	0,0016	2,00	Infinito	0,0008	
Diâmetro Nominal Lado Não Passa: 1,9 mm					
Posição (0°)					
Posição	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
Altura 1	1,8998	-0,0002	2,00	Infinito	0,0008
Altura 2	1,9013	0,0013	2,00	Infinito	0,0008
Posição (90°)					
Média das Medições	Erro	K	Veff	U	
1,9006	0,0006	2,00	Infinito	0,0008	
1,9012	0,0012	2,00	Infinito	0,0008	

7 - OBSERVAÇÕES:

- Valor Médio das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas em cada posição, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Medições - Diâmetro Nominal
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

FC

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Felipe Carvalhar

Luís Fernando Vendramini
Signatário Autorizado