



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N°

D0009015-0119

1 - DADOS:

Cliente: Sucorrico Citrus Industria e Agricola LTDA
Endereço: Rodovia Anhanguera, km 176,6 - Jardim Cândida - Araras - SP
Equipamento: Balão Volumétrico
Marca: Perfecta
N° de Ativo: BVL-006
Volume Nominal: 250 ml

Local da Calibração: Instalações do Cliente
Modelo: Não Consta
N° de Série: Não Consta

2 - DATAS: **Recebimento:** 21/01/2019 **Calibração:** 21/01/2019 **Emissão:** 21/01/2019

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO N°

MPC-0084

Revisão: 02

Para a Calibração da Vidraria Volumétrica, a mesma foi apoiada no prato da balança, zerando-a. Em seguida foi completamente cheia com água desmineralizada, comparando o peso da água com o peso padrão, convertendo este peso em volume. Foi Realizada uma Série Mínima de Três Leituras para cada V.C.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura Ambiente	Umidade Relativa	Pressão atmosférica
25,3 °C	54 % UR	945,3 hPa

Massa específica da água utilizada à 20°C	Temperatura da água
0,9982067 g/ml	20 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

N° Padrão	Descrição do Equipamento	N° do Certificado	Data de Validade
MTR-0380	Balança Digital	RBC, Eduane Balanças, N° 8768/17	08/2019
MTR-0047	Jogo de Peso Padrão	RBC, Padrão N° MA 086_09_18	09/2020
MTR-0443	Termômetro Digital Tipo Espeto	RBC, Metrus N° E0178001-0517	05/2019
MTR-0358	Barômetro Digital	RBC, ABSI CAL-166412/18	11/2020
MTR-0440	Termohigrômetro Digital	RBC, ABSI CAL-156556/18	02/2020

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

V.C	V.M.P	Erro	k	U	Veff
ml	ml	ml	2,00	ml	∞
250	249,545	-0,455		0,011	

7 - OBSERVAÇÕES:

- V.C - Valor Convencional.
- V.M.P - Valor Médio das Indicações no Padrão. São as médias das medições efetuadas no Padrão.
- Erro: Valor Médio Das Indicações no Padrão - Valor Convencional
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%
- A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este Certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

D0009015-0119/GX

FOR-0004-VIDL Rev.00 DATA: 20/11/2018

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: David Hansen


Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado