

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº M0009010-0619

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: SUCORRICO CITRUS INDUSTRIA E AGRICOLA LTDA. (ARARAS-SP)
Endereço: Rodovia Anhanguera, km 176,6 - Jardim Cândida - Araras - SP
Equipamento: Balança Digital **Modelo:** R12V6/720
Marca: Serac **Nº de Série:** Não Consta
Nº de Ativo: BL-810 **Local da Calibração:** Instalações do Cliente
Faixa de Indicação: 0 à 3000 g **Valor de uma divisão:** 1 g
Carga Mínima: 10 g **Localização da Balança:** Produção Xando

2 - DATAS: **Recebimento:** 24/06/2019 **Calibração:** 24/06/2019 **Emissão:** 25/06/2019

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0077 Revisão: 14

A Balança foi Calibrada por comparação com Pesos Padrões. Foi medido a Carga Mínima e mais 04 pontos no centro da Balança, sendo os mesmos distribuídos uniformemente em toda faixa da Balança. Foi realizada uma série de três medições para cada ponto medido no centro da balança.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS**Temperatura:**

23,0 °C

Umidade Relativa:

57,5 % UR ± 0,5 % UR

Pressão Atmosférica:

939,8 hPa

Massa Específica do Ar:

1,1 kg/m³

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº do Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0356	Termohigrômetro Digital	RBC, ABSI CAL-166410/18	11/2020
MTR-0049	Barômetro Digital	RBC, ABSI CAL-152457/17	10/2019
MTR-0047	Conjunto de Peso Padrão	RBC, Padrão Nº MA 086_09_18	09/2020

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº M0009010-0619

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CAL 0442

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Calibração no Centro da Plataforma da Balança					
V.V.	Valor médio das indicações	Erro	k	U	Veff
g	g	g		g	
0	0	---	---	---	---
10	10	0	2,00	1	∞
300	300	0	2,00	1	∞
1.000	1.000	0	2,00	1	∞
2.000	2.000	0	2,00	1	∞
3.000	3.000	0	2,00	1	∞

7 - OBSERVAÇÕES:

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas no instrumento.
- Erro: Valor Médio da Indicações - Valor Verdadeiro.
- Erro de Excentricidade: Maior diferença em relação ao centro da plataforma da balança
- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com Veff igual ao respectivo número de graus de liberdade efetivos que corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95,45 %. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

M0009010-0619 / GX

FOR-0004 - BAL01 Rev.05 DATA: 19/03/2019

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Junior Gomes de Queiroz


Gustavo Lopes Soares
Signatário Autorizado