

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: TUBOPARTES CONFORMAÇÃO DE METAIS LTDA.
Endereço: Av. Brasil - Nº 3100 - Rio Claro - SP
Equipamento: Calibrador Anel Liso Cilíndrico
Nº de Ativo: G589
Nº de Série: Não consta
Marca: Não consta

Local da Calibração: Metrologia Dimensional**Diâmetro Nominal:** 76,6 mm**Modelo:** Não consta**2 - DATAS:**

Recebimento: 27/04/2026

Calibração: 08/05/2026

Emissão: 08/05/2026

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº**MPC-0053****Revisão: 07**

O Anel Liso Cilíndrico foi fixado na mesa da Máquina de Medição Linear e o seu diâmetro foi medido em duas posições sendo a 0° e a 90°, nas duas alturas 1 e 2 quando permitido. Foram realizados três ciclos de medição

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:


Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termo-higrômetro Digital	E0178001-0226, Metrus, CAL 0442	02/2028
MTR-0036	Máquina de Medição Linear	D00613/26, Feinmess, CAL 0133	01/2028
MTR-0346	Anel Liso Cilíndrico	99003-204, Aferitec, CAL 0157	12/2026

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO: Resultados Expresso em mm

Medição do Diâmetro (0°)						
Posição	V.V	Media das Medições	Erro	K	Veff	U
Altura 1	76,600	76,6061	0,0061	2,00	Infinito	0,0010
Altura 2		76,6094	0,0094	2,00	Infinito	0,0010
Medição do Diâmetro (90°)						
Posição	V.V	Media das Medições	Erro	K	Veff	U
Altura 1	76,600	76,6128	0,0128	2,00	Infinito	0,0010
Altura 2		76,6159	0,0159	2,00	Infinito	0,0010

**7 - OBSERVAÇÕES:**

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Média das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Média das Medições - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

AM

FOR-0004 - CALC - REV.12 - DATA: 28/05/2025

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Henrique Pelizari


Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado