

1 - DADOS:

Cliente: PEDERTRACTOR INDÚSTRIA E COM. DE PEÇAS DE TRATORES E SERVIÇOS S/A
Endereço: Av. Vicentina Martins Dario, 700 - Distrito Industrial - Pederneiras - SP
Equipamento: Calibrador Anel Roscado Cônico
Nº de Ativo: P-23263
Nº de Série: 26602887
Modelo: Cônico

Local da Calibração: Metrologia Dimensional
Marca: Neomatic
Especificação da Rosca: 1. 1/4" x 11 1/2 NPT - L1

2 - DATAS:

Recebimento: 19/06/2026
Emissão: 01/07/2026
Calibração: 01/07/2026

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº**MPC-0008****Revisão: 05**

O Calibrador Anel Roscado Cônico foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear (SIP) e o seu diâmetro do Flanco foi medido na altura de L1, o seu passo foi medido em duas alturas e em dois planos perpendiculares ao eixo 0° e 90°, e o Semi Ângulo do Cone foram determinados apartir de medição e cálculos trigonométricos. Foram realizados três ciclos de medição.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termo-higrômetro Digital	E0178001-0226, Metrus, CAL 0442	02/2028
MTR-0105	Máquina de Medição Linear (SIP)	32510-24-DI/SP, Calibratec, CAL 0114	11/2026
MTR-0055	Coleção de Apalpadores Esféricos	2276/24, Certi, CAL 0034	07/2026
MTR-0056	Coleção de Apalpadores Esféricos	2277/24, Certi, CAL 0034	07/2026
MTR-0053	Relógio Comparador Balanceado	D0178001-1125, Metrus, CAL 0442	11/2027
MTR-0060	Padrão de Diâmetro Primitivo 60°	0772/24, Certi, CAL 0034	03/2027

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:**Resultado Expresso em mm**

Diâmetro do Flanco E1				
Média das Medições	Erro	K	Veff	U
40,223	0,005	2,00	Infinito	0,004

Especificação da Altura L1 (Plano de Calibração)	10,668
---	--------

Passo (Altura Central)					
Posição	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
0°	2,209	0,000	2,00	Infinito	0,003
90°	2,210	0,001	2,00	Infinito	0,003

Semi Ângulo do Cone				
Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
1° 43'	-4	2,00	Infinito	2

Critério de Aceitação	0,015 mm
Erro + Im (máximos)	0,009 mm
Status	Aprovado

Especificações conforme a Norma ANSI / ASME B1.20.1		
Nominal	Mínimo	Máximo
40,2178	40,2102	40,2254

Especificação (mm)		
Nominal	Mínimo	Máximo
2,2087	2,2037	2,2137

Especificação (°)	
Nominal	Tolerância
1° 47'	-5'

7 - OBSERVAÇÕES:

- Valor Médio das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada diâmetro, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Medições - Valor Nominal de cada parâmetro
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)
- Critério de aceitação e Frequência conforme formulário PRO-7.06 do cliente.

MP

FOR-0004 - CARCO - REV.09 - DATA 30/08/2024

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Celso Moreira de Paula


Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado