

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: CROMODURO SANTA LUZIA LTDA - MATRIZ

Endereço: Rua Ricardo Fracassi, 953, Distrito Industrial I - Santa Bárbara D'Oeste - SP

Equipamento: Relógio Comparador

Nº de Ativo: 7214703002R

Nº de Série: E9473

Capacidade: 0 a 10 mm

Local da Calibração: Metrologia Dimensional

Marca: Não consta

Modelo: Não consta

Resolução: 0,01 mm

2 - DATAS:

Recebimento: 23/02/2026

Calibração: 17/03/2026

Emissão: 17/03/2026

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0041

Revisão: 05

O Relógio Comparador foi fixado no suporte do Tambor Micrométrico, e o valor de referência é posicionado no Relógio Comparador e o mesmo acionado nos dois sentidos, de Avanço e Retorno, e as leituras realizadas no padrão. Foram realizados três ciclos de medição para análise dos desvio e cinco ciclos para a análise da repetibilidade, no meio do Relógio Comparador.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termo-higrômetro Digital	E0178001-0226, Metrus, CAL 0442	02/2028
MTR-0006	Tambor Micrométrico Digital	D0178003-1025, Metrus, CAL 0442	10/2027

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Resultados Expresso em mm

Valor posicionado no Instrumento	Média do Erro de Avanço	Média do Erro de Retorno	U
0,000	0,000	-0,007	0,003
0,100	-0,002	0,003	0,003
0,200	-0,003	0,001	0,003
0,300	-0,002	0,001	0,003
0,400	0,001	0,003	0,003
0,500	0,003	0,006	0,003
0,600	0,006	0,009	0,003
0,700	0,010	0,014	0,003
0,800	0,008	0,012	0,003
0,900	0,005	0,010	0,003
1,000	-0,001	0,009	0,003
1,500	0,003	0,006	0,003
2,000	-0,003	0,003	0,003
2,500	0,000	0,003	0,003
3,000	-0,006	0,000	0,003
3,500	-0,006	0,000	0,003
4,000	-0,010	-0,002	0,003
4,500	-0,007	-0,004	0,003
5,000	-0,012	-0,005	0,003
6,000	-0,016	-0,010	0,003
7,000	-0,017	-0,012	0,003
8,000	-0,014	-0,010	0,003
9,000	-0,015	-0,010	0,003
10,000	-0,015	-0,011	0,003

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Parâmetros	Valores	K	veff	U
fges	0,031	2,00	Infinito	0,006
fe	0,027			
fu	0,010			

Repetibilidade Avanço (fw)			
Ponto Verificado	Média	K	U
MEIO	0,006	2,07	0,004

Repetibilidade Retorno (fw)			
Ponto Verificado	Média	K	U
MEIO	0,005	2,04	0,004

- fges: É a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- fe: É a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- fu: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- fw: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

7 - OBSERVAÇÕES:

- Os valores dos erros informados nas tabelas da seção 6 representam as médias aritméticas de (03) três leituras efetuadas no indicador do padrão, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.

- Erro: Valor Médio das Indicações no Padrão - Valor posicionado no Instrumento

- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.

- É proibida a reprodução parcial deste documento.

- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

AM

FOR-0004-RCC - REV.14 - DATA 15/05/2024

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Henrique Pelizari



Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado