

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

D1201025-0426

1 - DADOS:

Cliente: ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA
Endereço: Rodovia Miguel Melhado Campos, KM 79 - Distrito Industrial Benedito Storani - Vinhedo - SP
Equipamento: Haste Padrão para Micrômetro Externo para medir Rosca
Nº de Ativo: BP033
Nº de Série: Não Consta
Modelo: 167-262

Local da Calibração: Metrologia Dimensional
Marca: Mitutoyo
Dimensão Nominal: 50 mm
Ângulo Nominal: 60 °

2 - DATAS: Recebimento: 20/04/2026
Emissão: 02/05/2026
Calibração: 02/05/2026

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0055 Revisão: 06

A Haste padrão foi apoiada entre os batentes da Máquina de Medir Linear e efetuada a sua medição com o auxílio de jogo de pontas angulares fixos nos batentes. O erro da máquina foi corrigido com o auxílio de Haste Padrão p Medição de Rosca, A Medição Angular foi feito através da visualização na Escala Angular tanto para o lado Externo, como para o lado Interno, Foram realizados três ciclos de medição.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS: Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termo-higrômetro Digital	E0178001-0226, Metrus, CAL 0442	02/2028
MTR-0499	Máquina de Medição Linear	D04408/25, Feinmess, CAL 0133	05/2027
MTR-0120	Haste Padrão para Micrômetro de Rosca 60°	88553-205, Aferitec, CAL 0157	01/2028
MTR-0061	Escala Angular	0773/24, Certi, CAL 0034	03/2027

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

MEDIÇÃO LINEAR

V.V mm	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm
50,000	49,9981	-0,0019	2,00	Infinito	0,0032

MEDIÇÃO ANGULAR

Posição	V.V °	Média das Medições ° ' "	Erro ' "	K	Veff	U ' "
Externo	60	59° 58'	-2	2,00	Infinito	1
Interno	60	59° 59'	-1	2,00	Infinito	1

7 - OBSERVAÇÕES:

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Valor Médio das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Medições - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

FC

FOR-0004-HPMR - Rev.02 - DATA 28/05/2024

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Henrique Pelizari


Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado