

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

D1640005-0426

1 - DADOS:

Ciente: DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
Endereço: Rua José Francisco de Souza, N° 1926 - Distrito Industrial - Pirassununga - SP
Equipamento: Bloco Padrão
N° de Ativo: BP004
Capacidade: 5 mm

Local da Calibração: Metrologia Dimensional
Marca: Não Consta
Classe: Não Consta

2 - DATAS:

Recebimento: 17/04/2026
Emissão: 29/04/2026
Calibração: 29/04/2026

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO N°

MPC-0165

Revisão: 00

A dimensão do Bloco Padrão foi determinada através de comparação direta com outro bloco Padrão na Máquina de Medir Linear, aplicando-se uma força de medição de 1,5N, em na area central do Bloco Padrão. Foi realizado uma série de três medições para cada posição.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

N° Padrão	Descrição do Equipamento	N° do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termo-higrômetro Digital	E0178001-0226, Metrus, CAL 0442	02/2028
MTR-0499	Máquina de Medição Linear	D04408/25, Feinmess, CAL 0133	05/2027
MTR-0255	Jogo de Blocos Padrão	98135-204, Aferitec, CAL 0157	12/2026

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

RESULTADOS EXPRESSO EM mm

N° de Série:	Nominal	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
240542	5,0000	4,9995	-0,0005	2,21	13	0,0001

7 - OBSERVAÇÕES:

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Valor Médio das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Medições - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

MP

FOR-0004 BP - Rev. 03 - 27/05/2024

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Henrique Pelizari


Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado